



Robert Koch-Institut | Nordufer 20 | 13353 Berlin

KLEEN PURGATIS GmbH
Herrn
Dr. W. Dachtler
Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen

Geschäftszeichen:
4.02.02.005/0121#AB

Desinfektionsmittel-Liste des RKI gemäß § 18 IfSG
PES 32-Verfahren mit Maximo Liquid
Ihr Antrag vom 7.09.2016 mit den Ergänzungen vom 2.03.2018, 20.03.2018,
14.08.2018, 29.08.2018, 19.11.2018, 3.12.2018 und 4.12.2018

Berlin, 10.03.2020

Robert Koch-Institut
zentrale@rki.de
Tel. 030 18754-0
Fax 030 18754-2328
www.rki.de

Sehr geehrter Herr Dr. Dachtler,
auf Ihren Antrag ergeht folgender

Dr. Ingeborg
Schwebke
Tel. 030 18754-2237
Schwebkel@rki.de

Bescheid

I. Eintragung

In die o. a. Liste ist unter der Rubrik

- 3.1 Wäshedeseinfektion in Waschmaschinen
- 3.1.2 Chemo-thermische Desinfektionswaschverfahren
- 3.1.2.1 Verfahren mit Perverbindungen als Wirkstoff

das PES 32-Verfahren mit Maximo Liquid mit weiteren Kennwerten eingetragen worden:

Konzentration:	2 g Maximo Liquid und 2,5 ml PES 32 auf 1 Liter Flotte
Desinfektionstemperatur:	70 °C
Einwirkungszeit:	10 min
Flottenverhältnis:	1:5
Wirkungsbereich:	AB

Besucheranschriften
Nordufer 20
13353 Berlin
Seestraße 10
13353 Berlin
General-Pape-Str. 62-66
12101 Berlin
Burgstr. 37
38855 Wernigerode

Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit

Dieses Verfahren ist nicht für merklich mit Blut verschmutzte Wäsche geeignet.



II. Nebenbestimmungen

1. Die Eintragung wird gelöscht, wenn

- a) Tatsachen bekannt werden, die das Robert Koch-Institut zur Ablehnung der Eintragung berechtigt haben würden,
- b) Tatsachen bekannt werden, die die Eintragung als nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen, insbesondere, weil die Brauchbarkeit der Mittel im Sinne § 18 IfSG zu verneinen wäre,
- c) die Mittel nicht mehr in Verkehr gebracht werden.

2. Alle Änderungen

- a) der chemischen Zusammensetzung
- b) der Handelsnamen der Mittel oder
- c) Ihrer Firmierung

wollen Sie uns bitte jeweils vor der Ausführung schriftlich anzeigen.

Hinweise

Die Eintragung wird im Einvernehmen mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dem Umweltbundesamt in der 18. Ausgabe der Desinfektionsmittel-Liste des Robert Koch-Instituts gemäß § 18 IfSG im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht werden.

Die Bewertung der Auswirkungen des Produkts auf den Menschen und die Umwelt erfolgte auf der Basis von Daten, die speziell für die Aufnahme in die Liste gemäß § 18 IfSG angefordert wurden. Sie ist somit nicht mit der Zulassung als Biozidprodukt gleichzusetzen. Für eine solche Zulassung sind in der Regel weitere Daten erforderlich.

Die Wirkstoffe Peroxyessigsäure und Wasserstoffperoxid wurden für die Produktarten 1-6 bereits in die Liste der genehmigten Wirkstoffe der Biozid-Verordnung (EU) 528/2012 aufgenommen. Die daraus resultierenden Fristen zur Produktzulassung nach BiozidVO – als Voraussetzung für die weitere Verkehrsfähigkeit der Biozidprodukte – sind einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Dr. Ingeborg Schwebke
Anlage


Anja Eiselt